



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E136-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 12:00 horas, del 01 de noviembre de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III.B)2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la C. Juana Elsa Ibarra Villarreal, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistida por los representantes del Área Usuaría Jaime López Cervantes, Nidia Josefina Ríos Vázquez, Christian Oswaldo Acosta Quiroz, Humberto García Reyes, Hebert David Quintero Portillo, Domingo Villavicencio Aguilar, Dilcia Janeth Téllez García, Carlos Jesús Hinojosa Rodríguez, Edgar Morales Alcaraz y Antonio Marmolejo Díaz; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, solventó las preguntas de carácter administrativo.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	EL CRISOL. S.A. DE C.V.	4	4
2	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	15	15
3	ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	1	1
4	ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.	1	1

También se hace constar que MARIA EUGENIA AGUIRRE VALDENEBRO, presenta Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

1.- En otros requerimientos técnicos del Anexo 1 de la convocatoria de licitación se indica la entrega de las partidas en la Coordinación de Activos Fijos y Almacén debiendo decir:

Atendiendo a lo establecido en las Normas y reglamentos establecidos para la seguridad en el manejo de sustancias químicas peligrosas, solicitamos que las partidas señaladas a continuación, sean entregadas directamente por el proveedor a los usuarios que las requieren.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E136-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

Dilcia Janeth Téllez García
ITSON Campus Empalme, Boulevard Independencia entre calle 6ta. y Calle 25, Colonia Libertad, C.P. 85370, Empalme, Son. Edificio, LE114 Laboratorio de Química.

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
13	SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO.	1
14	ÁCIDO CLORHÍDRICO.	1
15	FIERRO.	1
16	CARBÓN (ACTIVADO).	1
17	ÁCIDO NÍTRICO.	1
18	ROLLO DE PAPEL ALUMINIO	1
19	ÁCIDO SULFÚRICO.	1
20	HIDRÓXIDO DE SODIO.	1
21	ETANOL.	1
22	HIDRÓXIDO DE SODIO EN LENTEJAS	1
23	FENOLFTALEÍNA AL 1 % EN ALCOHOL ETÍLICO 96%	1
24	CLORURO DE HIDRÓGENO.	1
25	ALMIDÓN SOLUBLE AL 0.2 %	1

Edgar Morales Alcaraz
ITSON Campus Navojoa Sur, Avenida Ramón Corona sin número, Colonia Itson, C.P. 85860, Navojoa, Son. Edificio 600 de Laboratorios.


PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD
27	ÁCIDO CLORHÍDRICO	2
28	ÁCIDO NÍTRICO	4
29	ÁCIDO OXÁLICO	1
30	ÁCIDO SULFÚRICO	1
31	ALCOHOL ETÍLICO	7
32	ALUMINIO	1
33	AZUFRE DE POLVO	5
34	CALCIO	2
35	COBRE (GRANULAR)	1
36	GLICERINA	1
37	HIDRÓXIDO DE SODIO	4
38	LIMADURA DE HIERRO	1
39	MAGNESIO (CINTA) 25 GR	4
40	MAGNESIO (VIRUTAS)	1
41	PER SULFATO DE POTASIO	1
42	SULFITO DE SODIO	1
43	CLORURO DE AMONIO	2
44	CLORURO FÉRRICO	1
45	YODURO DE POTASIO	5
46	SULFATO DE AMONIO	1
47	YODO (RE SUBLIMADO)	1

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL CRISOL. S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA(s); 4	La convocante solicita un tacómetro digital con un rango de lectura de 2.5 a 99,999 rpm. Solicitamos a la convocante amablemente nos indique si se puede ofertar un tacómetro con mismas especificaciones, pero con un rango

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E136-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

		de 10 a 99,999 rpm, ¿se acepta?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta del licitante.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA(s); 7	La convocante solicita un Medidor de Oxígeno Disuelto que incluya un kit de seis membranas de repuesto con tapas, cable de extensión de 5m y protector para peso de sonda. Solicitamos a la convocante si podemos ofertar un medidor mismas especificaciones, pero con sonda sin membrana y de 10 mts con sensores de temperatura integrada, ¿se acepta?
RESPUESTA: No se acepta la propuesta del licitante.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	PARTIDA(s); 20	La convocante solicita Hidróxido de Sodio en presentación de 250ml. ¿Se puede ofertar el mismo compuesto, misma fórmula, mismas especificaciones pero en presentación de 1lt?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	SECCION "OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS" NÚMERO DOS, PLAZO DE ENTREGA	Solicitamos amablemente a la convocante si puede extender el plazo a 60 días naturales, ya que solicitan ciertos productos que se fabrican hasta el momento de generar el pedido al fabricante, ¿se acepta?
RESPUESTA: Para las partidas 1 a la 9 se amplía el tiempo de entrega a 45 días naturales y de las partidas 10 a 63 se acepta el plazo de entrega de 60 días naturales.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	SOLUCIÓN DE CLORURO DE SODIO. PARTIDA; 13	En la partida se solicita presentación de 250ml, ¿podemos ofrecer presentación de 500ml?
RESPUESTA: Se acepta 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	ACIDO CLORHIDRICO PARTIDA; 14	En la partida se solicita presentación de 250ml, ¿podemos ofrecer presentación de 1LT?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E136-2017

OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	ACIDO NITRICO PARTIDA; 17	En la partida se solicita presentación de 250ml, ¿podemos ofrecer presentación de 1LT?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	ACIDO SULFURICO PARTIDA; 19	En la partida se solicita presentación de 250ml, ¿podemos ofrecer presentación de 500ml?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 5
	HIDROXIDO DE SODIO PARTIDA; 20	En la partida se solicita presentación de 250ml, ¿podemos ofrecer presentación de 1LT?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 6
	ETANOL PARTIDA; 21	En la partida se solicita presentación de 250ml, ¿podemos ofrecer presentación de 500ml?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 7
	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS. PARTIDA; 22	En la partida se solicita presentación de 250gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: Se acepta 1 pieza de 250 ml, 3 piezas de 100 ml o 5 piezas de 50 ml.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 8
	LIMADURA DE HIERRO PARTIDA; 38	En la partida se solicita presentación de 250gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: No se acepta		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 9
	MAGNESIO (VIRUTAS) PARTIDA; 40	En la partida se solicita presentación de 100gr, ¿podemos ofrecer presentación de 250gr?
RESPUESTA: No se acepta		

[Handwritten signatures and marks]



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E136-2017
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 10
	SULFITO DE SODIO PARTIDA; 42	En la partida se solicita presentación de 100gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: No se acepta		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 11
	CLORURO DE AMONIO PARTIDA; 43	En la partida se solicita presentación de 250gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: No se acepta		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 12
	SULFATO DE AMONIO PARTIDA; 46	En la partida se solicita presentación de 250gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: No se acepta		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 13
	YODO (RE SUBLIMADO) PARTIDA; 47	En la partida se solicita presentación de 250gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: No se acepta		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 14
	TOALLA EN ROLLO PARTIDA; 50	En la partida se solicita presentación de 4 cajas, ¿Cuántas piezas contiene la caja ya que podemos ofrecer por pieza?
RESPUESTA: Son 4 cajas, cada una con 6 rollos de toalla en rollo.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 15
	AZUFRE PARTIDA; 54	En la partida se solicita presentación de 250gr, ¿podemos ofrecer presentación de 500gr?
RESPUESTA: No se acepta, puede entregar 5 piezas de 50 gramos o 3 piezas de 100 gramos.		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ARTÍCULOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	TIEMPO DE ENTREGA APARTADO: OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS	En este apartado, la convocante señala que el tiempo de entrega será 30 días naturales posteriores a la formalización del pedido/contrato, por tal motivo, solicitamos de la manera más atenta que para los bienes de importación, la convocante amplíe el tiempo de entrega a 45 días hábiles fundamentando la petición en los siguientes aspectos:

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<p>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E136-2017</p>	
<p>OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.</p>	

	<p>No. 1. TIEMPO DE ENTREGA.</p>	<p>1. Por tratarse de bienes importados, los tiempos de traslado de la mercancía, así como los trámites de liberación en aduanas incrementan los tiempos de recepción.</p> <p>2. Debido a las cantidades requeridas, en ocasiones no se cuenta con existencia para surtir el total de los bienes.</p> <p>3. La fecha de la firma de contrato, se aproxima mucho a periodos vacacionales de algunos fabricantes situación que en ocasiones representa demoras en los tiempos de entrega.</p>
<p>RESPUESTA: Para las partidas 1 a la 9 se amplía el tiempo de entrega a 45 días naturales y de las partidas 10 a 63 se acepta el plazo de entrega de 60 días naturales.</p>		

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ASESORÍA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, S.A. DE C.V.:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	"OTROS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS" TIEMPO DE ENTREGA:	Solicitamos a la convocante extender el plazo de entrega a 45 días naturales POSTERIORES A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO para los bienes de importación.
<p>RESPUESTA: Se acepta ampliar el tiempo de entrega a 45 días.</p>		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.


Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompranET.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 08 de Noviembre de 2017, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, de conformidad con el artículo 47 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 12:15 horas, del día 01 del mes de Noviembre del año 2017.

Esta Acta consta de 7 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Nidia Josefina Ríos Vázquez	Dirección de Recursos Naturales	

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA No. LA-926014991-E136-2017	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de equipo y material de laboratorio, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria.	

Alba Elizabeth Delgado Rodriguez	Órgano Interno de Control.	
Reyna Melissa Flores Quezada.	Coordinación de Normatividad.	
Karla Ingrith Leyva Garcia	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	
Juana Elsa Ibarra Villarreal	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	

----- FIN DEL ACTA -----