



### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA <b>No. LA-926014991-E160-2017</b>	
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de equipo de laboratorio y artículos de ferretería, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria.	

En Ciudad Obregón, Sonora, siendo las 10:00 horas, del 04 de Enero de 2018, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral III.B)2 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por la C. Juana Elsa Ibarra Villarreal, servidor público designado por la convocante Instituto Tecnológico de Sonora, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

La Presidenta del acto, fue asistida por los representantes del Área Usaria Norman Uriel Calderón López, Sergio Antonio Nieto Valdez, Javier Portugal Vásquez, Oscar López Chávez, José Manuel Campoy Salguero, Gabriel Núñez Roman, Jose Gilberto Camacho Javalera y Antonio Marmolejo Díaz; quienes solventaron las preguntas de carácter técnico y el representante del Área Contratante del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales, solventó las preguntas de carácter administrativo.

La Presidenta del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	ADOLFO FRANCO TOVAR	2	2
2	CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	2	2
3	EL CRISOL, S.A. DE C.V.	1	1
4	DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	4	4

También se hace constar que MARIA EUGENIA AGUIRRE VALDENEBRO, presenta Escrito de interés en participar, sin presentar preguntas.


De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés en participar y de estar presente en el mismo.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

#### PREGUNTAS EFECTUADAS POR ADOLFO FRANCO TOVAR:

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No.
	APARTADO; K), FRACCIÓN: 2); Documento: Bases de licitación.	PREGUNTA: 1 En caso de que resulte adjudicado con las partidas 7, 8, 9, 10, es posible que la firma del contrato pueda realizarse por paquetería? Es decir se envíe el contrato y regresarlo firmado vía mensajería?

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL**  
CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA  
**No. LA-926014991-E160-2017**

**OBJETO DE LA LICITACIÓN:** Adquisición de equipo de laboratorio y artículos de ferretería, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el **ANEXO 1** de la presente convocatoria.

**RESPUESTA:** En caso de resultar adjudicado el pedido puede ser enviado a las instalaciones del licitante, siempre y cuando el representante legal posterior al fallo lo solicite por medio de un escrito manifestando la petición, comprometerse a hacer la devolución del mismo (1 juego de pedido/anexo) e incluir una guía prepagada en su solicitud para hacerle llegar el pedido o contrato, rubricado por el representante legal y reenviar por medio de mensajería al Departamento de Adquisiciones el pedido/anexo original, el escrito de la solicitud puede enviarse digitalizado al correo electrónico: [licitaciones.adquisiciones@itson.edu.mx](mailto:licitaciones.adquisiciones@itson.edu.mx).

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	APARTADO; ANEXO 3 (PEDIDO REVERSO), FRACCIÓN:CLAUSULA SEGUNDA "Entrega de los bienes";	En caso de que resulte adjudicado con las partidas 7, 8, 9, 10, es posible la entrega de los bienes se realice vía paquetería?
RESPUESTA: Si es posible que se entreguen los bienes por medio de paquetería por partidas completas.		

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.:**

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	PARTIDA(S); 3 Y 8	*Se acepta una marca diferente con las mismas características a la solicitada?
RESPUESTA: En las partidas en las que se solicita marca no se consideran como referencia, son específicas de acuerdo a las necesidades de la institución.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	PARTIDA: 2	La partida menciona una producción de 0.5L/min, ¿podría especificar los litros que espera el equipo produzca por día?
RESPUESTA: 10 L al día es suficiente para nuestras necesidades proyectadas		


**PREGUNTAS EFECTUADAS POR EL CRISOL, S.A. DE C.V.:**

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	SECCION "OTROS REQUERIMIENTOS TECNICOS" NÚMERO 1, TIEMPO DE ENTREGA	Solicitamos amablemente a la convocante si puede extender el plazo a 60 días naturales, ya que solicitan ciertos productos que se fabrican hasta el momento de generar el pedido al fabricante, ¿se acepta?
RESPUESTA: Se acepta ampliar el plazo de entrega a 60 días naturales de las partidas 1 a la 16 y 31 a la 44. No se acepta para las partidas 17 a la 30.		

**PREGUNTAS EFECTUADAS POR DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.:**

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 1
	FORMATO 6	En el Formato 6 que deberán presentar los licitantes que deseen que su propuesta reciba el margen de preferencia por bienes nacionales y/o producidos en el país, con relación a bienes importados, conforme al artículo 14 de la ley.

NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA <b>No. LA-926014991-E160-2017</b>	
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de equipo de laboratorio y artículos de ferretería, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria.	

		Para el caso de productos de otro país ¿Es válido colocar el porcentaje del contenido nacional como 0%?
RESPUESTA: Favor de indicar en el documento que no aplica.		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 2
	TERMOCICLADOR PARTIDA; 1	En la partida se solicita memoria de 200 programas completos, ¿podemos ofrecer memoria de 1000 programas?
RESPUESTA: Sí se puede ofrecer memoria de 1000 programas		

PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 3
	TERMOCICLADOR PARTIDA; 1	En la partida se solicita Dimensiones de 24 x 43 x 25 cm y peso de 9kg. ¿Podemos ofrecer Dimensiones 24 x 42 x 24 y peso de 9.4 kg?
RESPUESTA: Sí se pueden ofrecer las dimensiones 24 x 42 x 24 y peso de 9.4 kg		


PÁGINA	NUMERAL/PARTIDA	PREGUNTA No. PREGUNTA: 4
	SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA PARTIDA; 2	En la partida se solicita Filtro Final 0.05 µm, y Cartucho de ultrafiltración para producción de agua ultra pura, libre de pirógenos y nucleasas.  Para la producción de agua libre de pirógenos y nucleasas se requiere otro tipo de filtro final diferente al 0.05 µm  Se entiende, que para este equipo ¿Nos están solicitando 2 diferentes filtros finales?
RESPUESTA: El filtro más importante es para producir agua libre de pirógenos y nucleasas, en realidad el filtro de 0.05 µm no es necesario.		

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los interesados, copia de esta Acta. En la vitrina de publicaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, sita en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad se fijará copia de la carátula del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los interesados, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en CompraNET.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 11 de Enero de 2018, en la Sala de Licitaciones del Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales del Instituto Tecnológico de Sonora, ubicada en: 5 de Febrero 818 Sur, Colonia Centro de esta ciudad, a las 10:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador, de conformidad con el artículo 47 párrafo cuarto del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta junta, siendo las 10:11 horas, del día 04 del mes de Enero del año 2018.





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

<b>LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL</b> CARÁCTER: INTERNACIONAL ABIERTA <b>No. LA-926014991-E160-2017</b>	
<b>OBJETO DE LA LICITACIÓN:</b> Adquisición de equipo de laboratorio y artículos de ferretería, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se describen en el <b>ANEXO 1</b> de la presente convocatoria.	

Esta Acta consta de 4 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

<b>NOMBRE</b>	<b>ÁREA</b>	<b>FIRMA</b>
Francisco Javier Encinas Pablos	Departamento de Ingeniería Civil	
Oscar López Chavez	Departamento de Ingeniería Civil	
José Gilberto Camacho Javalera	Departamento de Laboratorios y Recursos Audiovisuales	
Sergio Antonio Nieto Valdez	Coordinación de Activos Fijos y Almacén.	
Marisol Leyva Villalobos.	Órgano Interno de Control.	
No se presentó.	Coordinación de Normatividad.	
Karla Ingrith Leyva Garcia	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	
Juana Elsa Ibarra Villarreal	Departamento de Adquisiciones y Servicios Generales.	

----- **FIN DEL ACTA** -----

